



INFECCIONES ASOCIADAS AL DUODENOSCOPIO EN COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE).

Riesgo de infecciones posterior a colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) asociadas al Duodenoscopio.

Los duodenoscopios son los endoscopios en los que es más difícil conseguir una desinfección adecuada que evite la formación de biofilms, dado la configuración de su extremo distal por la presencia de la uña elevadora y el espacio destinada a la misma, espacios en los que no es fácil acceder de una manera adecuada, incluso con el lavado manual.

La FDA emitió un comunicado sobre la seguridad de los duodenoscopios: "Debido a nuestras preocupaciones sobre las altas tasas de contaminación asociadas con los duodenoscopios fijos convencionales de tapa terminal, hemos pedido a cada fabricante de duodenoscopios que cambie de duodenoscopios fijos a aquellos con características de diseño más modernas para facilitar o eliminar la necesidad de reprocesamiento.

Los hospitales y las instalaciones de endoscopia deberían pasar a diseños innovadores de duodenoscopio que incluyan componentes desechables, como tapas terminales desechables, o duodenoscopios totalmente desechables cuando estén disponibles".